

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) reinst DTNB, Ellman's reagent research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 20735 Lot/Contr.No. : 201166
---	---

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Summenformel formula		C ₁₄ H ₈ N ₂ O ₈ S ₂	
Molekulargewicht molecular weight		396.36	
Aussehen appearance		weißes bis gelbes, kristallines Pulver white to yellow crystalline powder	entspricht corresponds
Gehalt (%) assay	Titration	min. 98	> 99.9
Wasser (%) water	KF	max. 1.0	0.2
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			29.10.2025
Lagerung (°C) storage			+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 02.09.2024

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.