

**A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T**  
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Siliconöl DC 200; 100 cst pract.</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. : 35135</b>
Silicone DC 200 fluid; 100 cst pract.	<b>Lot/Contr.No. : 180918</b>

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Aussehen</b> appearance		klare, viskose Flüssigkeit clear, viscous liquid	entspricht corresponds
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds	entspricht corresponds
<b>Dichte (g/ml)</b> specific gravity		0.962 – 0.968	entspricht corresponds
<b>Brechungsindex</b> refractive index	25 °C	1.4020 – 1.4040	1.4028
<b>Viskosität (cSt; 25 °C)</b> viscosity		95.0 – 105.0	101
<b>Flüchtige Bestandteile (%)</b> volatile content		max. 0.5	≤ 0.5
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			10.03.2021
<b>Lagerung (°C)</b> storage			+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 21.09.2018**

Christian Monsler

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
 This report has been computer generated and does not contain a signature.