

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVAColor TMB Blot-Lösung	Kat.Nr./Cat.No. :	37071
SERVAColor TMB Blot Solution	Lot/Contr.No. :	250901

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		farblose bis leicht gelbe Flüssigkeit colourless to pale yellow liquid	entspricht corresponds
pH		4.9 – 5.3	entspricht corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			27.09.2027
Lagerung (°C) storage			+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 26.09.2025

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.