

**A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T**  
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>DOWEX® 1X8 p.A.</b> (100 – 200 mesh) analytical grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b> 41101 <b>Lot/Contr.No. :</b> P190325
---	--

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Aussehen</b> appearance		elfenbeinfarbenes Korn ivory colored particles	entspricht corresponds
<b>Gegenion</b> counter ion		Cl <sup>-</sup>	entspricht corresponds
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3 h, 105 °C	39.0 – 50.0	43.6
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.2	1.4
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			08.10.2024
<b>Lagerung (°C)</b> storage			+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date:** 08.10.2019

Christian Monsler

Patricia Milford

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
 This report has been computer generated and does not contain a signature.