

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Chemilumineszenz-Reagenz für Meerrettich-Peroxidase	Kat.Nr./Cat.No. : 42582
Chemiluminescence reagent for Horseradish Peroxidase	Lot/Contr.No. : P250200

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		klare, farblose Lösung clear, colourless solution	entspricht corresponds
Anwendung application	Immunoblot	entspricht corresponds	entspricht corresponds
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			11.06.2027
Lagerung (°C) storage			+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 23.06.2025

Dr. Judith Koch

Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.