

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Blank PRECOTES®	Kat.Nr./Cat.No. :	42759
300µm, 125x125mm	Lot/Contr.No. :	P120205

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Dieses Produkt enthält kein SERVALYT und muß vor Gebrauch mit 3 – 5 % SERVALYT (entsprechend der Anwendung) äquilibriert werden. Die Polyacrylamidgele sind an eine Polyesterfolie gebunden. Gelformat: 125x125mm, 300µm This product contains no SERVALYT. Before use, it has to be equilibrated with 3 – 5 % SERVALYT, corresponding to the application. The polyacrylamid gel is bound to an polyester sheet.		
Proteintrennung protein separation	IEF, 300 µm-Gel, 5°C, 3500 Vh	entspricht Standard conform reference	entspricht conform
Haftung des Gels adhesion of the gel	IEF, 300 µm-Gel, 5°C, 3500 Vh	Haftung ja adhesion yes	entspricht conform
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			11/ 2013
Lagerung (°C) storage			+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 18.05.2012

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Christian Monsler

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.