

**ANALYSENZERTIFIKAT**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Blank PRECOTES®</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>42759</b>
<b>300µm, 125x125mm</b>	<b>Lot/Contr.No. :</b>	<b>P150019</b>

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Beschreibung</b> description	Dieses Produkt enthält keinen SERVALYT® und muß vor Gebrauch mit 3 – 5 % SERVALYT® (entsprechend der Anwendung) äquilibriert werden. Die Polyacrylamidgele sind an eine Polyesterfolie gebunden. Gelformat: 125x125mm, 300µm This product contains no SERVALYT®. Before use, it has to be equilibrated with 3 – 5 % SERVALYT®, corresponding to the application. The polyacrylamid gel is bound to a polyester sheet.		
<b>Proteintrennung</b> protein separation	IEF, 300 µm-Gel, 5°C, 3500 Vh	entspricht Standard conform reference	entspricht conform
<b>Haftung des Gels</b> adhesion of the gel	IEF, 300 µm-Gel, 5°C, 3500 Vh	Haftung ja adhesion yes	entspricht conform
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			07/ 2016
<b>Lagerung (°C)</b> storage			+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 22.01.2015**

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Patricia Milford

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.