

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Blank PRECOTES® | Kat.Nr./Cat.No. : | 42759 |
| 300µm, 125x125mm | Lot/Contr.No. : | P150182 |

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification | Ergebnis result |
|---|--|--|---------------------------|
| Beschreibung description | Dieses Produkt enthält keinen SERVALYT® und muß vor Gebrauch mit 3 – 5 % SERVALYT® (entsprechend der Anwendung) äquilibriert werden. Die Polyacrylamidgele sind an eine Polyesterfolie gebunden. Gelformat: 125x125mm, 300µm This product contains no SERVALYT®. Before use, it has to be equilibrated with 3 – 5 % SERVALYT®, corresponding to the application. The polyacrylamid gel is bound to a polyester sheet. | | |
| Proteintrennung protein separation | IEF, 300 µm-Gel, 5°C, 3500 Vh | entspricht Standard conform reference | entspricht conform |
| Haftung des Gels adhesion of the gel | IEF, 300 µm-Gel, 5°C, 3500 Vh | Haftung ja adhesion yes | entspricht conform |
| Mindesthaltbarkeit minimum shelf life | | | 11/ 2016 |
| Lagerung (°C) storage | | | +2 bis/ to +8 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 27.05.2015

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.