

ANALYSENZERTIFIKAT
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

IPG Strip 3 - 10 / 11 cm	Kat.Nr./Cat.No.: 43031
	Lot/Contr.No. : IPG17058

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Getrocknete Gelstreifen mit immobilisiertem pH-Gradienten. Die homogene Acrylamidmatrix ist an die Trägerfolie GEL-FIX™ kovalent gebunden, um das Gel zu stabilisieren. Dried gel strips with immobilized pH-gradient. The homogeneous acrylamide matrix is covalently bound to the support film GEL-FIX™ to stabilize the gel.		
Proteintrennung (R_f) protein separation	β-Lactoglobulin	0.24 – 0.34	0.30
	Lectin	0.48 – 0.58	0.53
	Ribonuclease	0.77 – 0.88	0.83
Steigung des Gradienten slope of the gradient	Differenz der R _f -Werte von difference of the R _f -values for		
	Ribonuclease/ Lectin	0.24 – 0.35	0.30
	Ribonuclease/ β-Lactoglobulin	0.50 – 0.60	0.53
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life			11.09.2019
Lagerung (°C) storage			-15 bis/ to -25

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>
--

SERVA Electrophoresis GmbH Qualitätskontrolle/ Quality Control	Druckdatum/ printing date: 14.09.2017
---	--

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel Marina Konter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This report has been computer generated and does not contain a signature.