

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS



SERVAGel(TM) TG PRiME(TM) 4 - 20 % **Kat.Nr./Cat.No. : 43277**
10 cm x 10 cm, 1 mm, 10 sample wells **Lot/Contr.No. : V24083-1**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result	
Beschreibung	Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Bisacrylamid Gele in einer Einweg-Plastikkassette zur Verwendung in der Gelelektrophorese von Proteinen. Format: 10 x 10 cm, Dicke: 1 mm, 10 Probetaschen			
description	Ready-to-use polyacrylamide-bisacrylamide gels in a disposable plastic cassette for use in gel electrophoresis of proteins. Format: 10 x10 cm, Thickness: 1 mm, 10 sample wells			
Testbedingungen	Elektrophorese der SERVA Protein-Testmischung 6 für SDS PAGE unter Standardbedingungen bis Lauffront Gelende erreicht.			
testing conditions	Electrophoresis of SERVA Protein Test Mixture 6 for SDS PAGE under standard conditions until running front has reached end of gel.			
Proteintrennung	Albumin (BSA)	67 kDa	entspricht/conform	entspricht/conform
protein separation	Carbonic anhydrase	29 kDa	entspricht/conform	entspricht/conform
	Trypsin inhibitor (soy bean)	21 kDa	entspricht/conform	entspricht/conform
Aussehen	Die Proteintrennung zeigt scharfe und gerade Banden über den gesamten Trennbereich des Gels.			
appearance	Protein separation shows sharp and straight bands over the whole separation range of the gel.			
Mindesthaltbarkeit			24.01.2025	
minimum shelf life				
Lagerung (°C)			+2 bis/ to +8	
storage				

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 25.06.2024

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.