

**A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS



<b>SERVAGel(TM) TG PRiME(TM) 4 - 20 %</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. : 43289</b>
<b>10 cm x 10 cm, 1 mm, 15 sample wells</b>	<b>Lot/Contr.No. : V24081-1</b>

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Beschreibung</b>	Gebrauchsfertige Polyacrylamid-Bisacrylamid Gele in einer Einweg-Plastikkassette zur Verwendung in der Gelelektrophorese von Proteinen. Format: 10 x 10 cm, Dicke: 1 mm, 15 Probestaschen		
description	Ready-to-use polyacrylamide-bisacrylamide gels in a disposable plastic cassette for use in gel electrophoresis of proteins. Format: 10 x10 cm, Thickness: 1 mm, 15 sample wells		
<b>Testbedingungen</b>	Elektrophorese der SERVA Protein-Testmischung 6 für SDS PAGE unter Standardbedingungen bis Lauffront Gelende erreicht.		
testing conditions	Electrophoresis of SERVA Protein Test Mixture 6 for SDS PAGE under standard conditions until running front has reached end of gel.		
<b>Proteintrennung</b>	Albumin (BSA)	67 kDa entspricht/conform	entspricht/conform
protein separation	Carbonic anhydrase	29 kDa entspricht/conform	entspricht/conform
	Trypsin inhibitor (soy bean)	21 kDa entspricht/conform	entspricht/conform
<b>Aussehen</b>	Die Proteintrennung zeigt scharfe und gerade Banden über den gesamten Trennbereich des Gels.		
appearance	Protein separation shows sharp and straight bands over the whole separation range of the gel.		
<sup>p</sup> <b>Mindesthaltbarkeit</b>			18.01.2025
minimum shelf life			
<b>Lagerung (°C)</b>			+2 bis/ to +8
storage			

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date:** 19.06.2024

Dr. Judith Koch

Jan Dennis Lorenzen

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.