

**A N A L Y S E N Z E R T I F I K A T**  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>CleanGel IEF for PhastSystem</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. : 43350</b>
Size: 50 mm x 42 mm x 0.43 mm	<b>Lot/Contr.No. : 211168</b>

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification	<b>Ergebnis</b> result
<b>Beschreibung</b> description	20 rehydratisierbare Polyacrylamid-Gele kovalent an eine Kunststoffolie gebunden, 5 % T, ohne Probetaschen. Format: 50 x 42 mm, Dicke: 0.43 mm		
	20 rehydratable polyacrylamide-gels covalently bound to a plastic sheet, 5 % T, without slots. Format: 50 x 42 mm, Thickness: 0.43 mm		
<b>Mindesthaltbarkeit</b> minimum shelf life			22.03.2023
<b>Lagerung (°C)</b> storage			-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
**Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.  
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

**SERVA Electrophoresis GmbH**  
**Qualitätskontrolle/ Quality Control**

**Druckdatum/ printing date: 14.10.2021**

Dr. Judith Koch

Marina Konter

**Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.**  
This report has been computer generated and does not contain a signature.